

ชื่อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง : ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง : 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง - 0001
บุคคลที่ติดต่อ : นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรเมธีวิญญู
โทรศัพท์ : 0-2537-2000 ต่อ 5457, 0-2537-2000 ต่อ 5145
โทรสาร : 0-2537-2000 ต่อ 5334, 0-2537-2000 ต่อ 7149
E-mail : Pongsak.p@pttplc.com
ออกครั้งแรกวันที่ : 3 เมษายน 2557
ออกให้ ณ วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565
หมดอายุวันที่ : 1 พฤษภาคม 2569
มาตรฐาน : ISO/IEC 17034:2016
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/6592

ขอข่ายการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

ชื่อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง : ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง - 0001

ลำดับ ที่	ประเภทของวัสดุอ้างอิง	ค่าของวัสดุอ้างอิง	ค่าความไม่แน่นอน (ที่ระดับความเชื่อมั่น ประมาณ 95%)	วิธีทดสอบ/ เทคนิคที่ใช้
1	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - จุดวาบไฟของน้ำมันดีเซล	52 °C ถึง 75 °C	± 1.2 °C	ASTM D93 Procedure A (Pensky-Martens closed cup tester)

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2557

ฉบับที่ 6

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม